

釜石鉱山株式会社 品質管理室 様

放射性物質検査結果書



ISO/IEC17025 認定# 87664

〒 020-0125
盛岡市上堂三丁目17番37号
一般財団法人
岩手県薬剤師会検査センター
理事長 嶋 弘一
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792



ご依頼いただきました検体の検査結果は次のとおりです。

受付年月日	令和5年6月22日	受付 No.	23-01195-01
-------	-----------	--------	-------------

1. 検体情報	
検体名	仙人秘水
採取場所	釜石鉱山株式会社 鉱泉水製造工場
採取者	釜石鉱山株式会社 品質管理室
採取日	令和5年6月15日 10時45分
検体備考	

2. 検査結果 (検査実施時における放射能濃度、減衰補正なし)		
検査項目	測定値	検出限界値
放射性ヨウ素 (I-131)	検出せず	0.31Bq/kg
放射性セシウム (Cs-134 と Cs-137 の総量)	検出せず	—
Cs-134	検出せず	0.27Bq/kg
Cs-137	検出せず	0.34Bq/kg

3. 測定条件	
検査日時	令和5年6月23日 8時50分
測定時間	3,600秒
検査機器	ゲルマニウム半導体検出器: SEIKO EG&G 社製 ORTEC GEM30-70
測定容器	2Lマリネリ容器
試料高さ	—
試料量	1.99kg
核データ	^{131}I :364.4 keV ・ ^{134}Cs :604.6 keV ・ ^{137}Cs :661.6 keV
検査方法	ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー (令和2年改訂 原子力規制庁監視情報課)
前処理方法	食品中の放射性物質の試験法について (食安発0315第4号, 平成24年3月15日)

備考	食品衛生法に基づく飲料水に関する規格基準値: 放射性セシウム 10Bq/kg 厚生労働省登録検査機関
検査責任者	佐々木 知美