

釜石鉱山株式会社 品質管理室 様

放射性物質検査結果書



ISO/IEC17025



PJLA
Testing
認定# 87664

〒 020-0125
盛岡市上堂三丁目17番37号
一般財団法人
岩手県薬剤師会検査センター
理事長 嶋 弘一
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792



ご依頼いただきました検体の検査結果は次のとおりです。

受付年月日	令和5年9月7日	受付 No.	23-02393-01
-------	----------	--------	-------------

1. 検体情報		
検体名	仙人秘水	
採取場所	釜石鉱山株式会社 鉱泉水製造工場	
採取者	釜石鉱山株式会社 品質管理室	
採取日	令和5年9月5日 13時00分	
検体備考		
2. 検査結果 (検査実施時における放射能濃度、減衰補正なし)		
検査項目	測定値	検出限界値
放射性ヨウ素 (I-131)	検出せず	0.34Bq/kg
放射性セシウム (Cs-134 と Cs-137 の総量)	検出せず	—
Cs-134	検出せず	0.33Bq/kg
Cs-137	検出せず	0.40Bq/kg
3. 測定条件		
検査日時	令和5年9月8日 13時52分	
測定時間	3,600秒	
検査機器	ゲルマニウム半導体検出器: SEIKO EG&G 社製 ORTEC GEM30-70	
測定容器	2Lマリネリ容器	
試料高さ	—	
試料量	2.00kg	
核データ	^{131}I : 364.4 keV ・ ^{134}Cs : 604.6 keV ・ ^{137}Cs : 661.6 keV	
検査方法	ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー (令和2年改訂 原子力規制庁監視情報課)	
前処理方法	食品中の放射性物質の試験法について (食安発0315第4号, 平成24年3月15日)	
備考	食品衛生法に基づく飲料水に関する規格基準値: 放射性セシウム 10Bq/kg 厚生労働省登録検査機関	
検査責任者	佐々木 知美	